

- Sterilisator Hemat Energi untuk proses sterilisasi Ultraviolet, Temperatur Rendah
- Menggunakan Ultraviolet dengan panjang gelombang 253.8nm untuk Sterilisasi
- Masing-masing proses Sterilisasi Ultraviolet dapat dioperasikan secara Automatic atau Manual
- Spesial racking untuk muat kasa dan kapas, dapat juga dipakai untuk baju operasi/APD
- Multiproteksi : Switch On/Off sebagai Safety door, kebocoran arus listrik dan kelebihan beban daya listrik serta proteksi keamanan kabel listrik maupun bagian elektronik
- Setelah proses Sterilisasi selesai, mesin akan otomatis padam (auto shut-off)
- Ultrahigh density PE insulation



SPESIFIKASI TEKNIS

Model		GET 338 U
Power Supply Input		AC 220V, 50Hz
Daya Terpakai		± 45W
Kapasitas Total Ruangan		38 L
Daya Tampung Rak Atas & Rak Bawah		3 kg dan 3 kg
Dimensi		435mm(L) x 375mm(W) x 450mm(H)
Berat		9 Kg
Ultra Violet	Intensitas	≥60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
	Waktu Sterilisasi	60 menit
	Hasil Uji Sterilisasi	>90% (Steril)
Auto UV I dan UV II	Intensitas	≥60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (UV)
	Waktu Sterilisasi	120 menit
	Hasil Uji Sterilisasi	>90% (Steril)
Normal Operating	Ambient Temperature	+5 °C - +35 °C
	Relative humidity	≤ 80%
	Athmosphere	86 kPa - 106 kPa
Transport Operating	Ambient Temperature	-10 °C - +55 °C
	Relative humidity	≤ 95%
	Athmosphere	50 kPa - 106 kPa



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY